

東ソーマルチコントロール レベル1
AIA-パックCL[®] 試薬 参考値情報

ロット番号 : DZ40015

使用期限 : 2026-07

(注) 表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法 : AIA-パックCL

測定項目	単位	レベル1 参考値
AFP	ng/mL	12 ~ 19
CEA	ng/mL	3.6 ~ 5.5
CA19-9	U/mL	54 ~ 81
CA125	U/mL	21 ~ 32
CA15-3	U/mL	11 ~ 17
PSA	ng/mL	2.2 ~ 3.4
fPSA (free PSA)	ng/mL	0.81 ~ 1.2
TSH (TSH_IFCC)	μ IU/mL	1.4 ~ 2.1
T3	ng/mL	0.91 ~ 1.4
T4	μ g/dL	4.0 ~ 6.2
FT4	ng/dL	0.60 ~ 0.92
FT3	pg/mL	2.3 ~ 3.6
LH	mIU/mL	3.6 ~ 5.4
FSH	mIU/mL	3.8 ~ 5.8
PRL (Prolactin)	ng/mL	2.4 ~ 4.1
PRL2 (Prolactin)	ng/mL	2.2 ~ 3.7
HCG	mIU/mL	4.6 ~ 6.9
BHCG	mIU/mL	7.0 ~ 10
E2 (Estradiol)	pg/mL	160 ~ 300
hs-E2 (Estradiol)	pg/mL	150 ~ 220
PROG (Progesterone)	ng/mL	2.2 ~ 4.0
TES (Testosterone)	ng/dL	150 ~ 280
FER (Ferritin)	ng/mL	79 ~ 131
IgE	IU/mL	31 ~ 46
B2-M	mg/L	0.021 ~ 0.035
IRI (Insulin)	μ U/mL	8.4 ~ 13
hGH	ng/mL	1.6 ~ 2.4
CORT (Cortisol)	μ g/dL	3.6 ~ 5.5
DHEA-S	μ g/dL	47 ~ 70
CK-MB	ng/mL	5.4 ~ 10
cTnI (Troponin I)	pg/mL	120 ~ 190
MYO (Myoglobin)	ng/mL	33 ~ 49

下記QRコード[®] から、左記の参考値情報を装置 (AIA[®]-CL300を除く) に登録することができます。操作方法の詳細は装置の取扱説明書をご参照ください。

QRコード読み取り後、装置に登録された参考値情報が左記の値と一致することを確認してください。

“AIA”及び“AIA-パックCL”は東ソー株式会社の登録商標です。
“QRコード”は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



QR1



QR2