

東ソーマルチコントロール レベル3  
AIA-パックCL<sup>®</sup> 試薬 参考値情報

ロット番号 : EZ40039

使用期限 : 2027-05

(注) 表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法 : AIA-パックCL

測定項目	単位	レベル3 参考値
AFP	ng/mL	200 ~ 300
CEA	ng/mL	47 ~ 71
CA19-9	U/mL	380 ~ 580
CA125	U/mL	280 ~ 420
CA15-3	U/mL	40 ~ 60
PSA	ng/mL	29 ~ 43
fPSA (free PSA)	ng/mL	10 ~ 15
TSH (TSH_IFCC)	$\mu$ IU/mL	55 ~ 82
T3	ng/mL	3.4 ~ 5.1
T4	$\mu$ g/dL	13 ~ 19
FT4	ng/dL	2.4 ~ 3.6
FT4-2 (FT4)	ng/dL	2.4 ~ 3.6
FT3	pg/mL	11 ~ 16
LH	mIU/mL	79 ~ 120
FSH	mIU/mL	35 ~ 53
PRL (Prolactin)	ng/mL	65 ~ 97
PRL2 (Prolactin)	ng/mL	64 ~ 96
HCG	mIU/mL	180 ~ 270
$\beta$ HCG	mIU/mL	290 ~ 440
E2 (Estradiol)	pg/mL	1200 ~ 1900
hs-E2 (Estradiol)	pg/mL	1100 ~ 1600
PROG (Progesterone)	ng/mL	16 ~ 24
TES (Testosterone)	ng/dL	1100 ~ 1600
FER (Ferritin)	ng/mL	560 ~ 840
IgE	IU/mL	810 ~ 1200
$\beta$ 2-M	mg/L	0.20 ~ 0.31
IRI (Insulin)	$\mu$ U/mL	120 ~ 180
hGH	ng/mL	15 ~ 22
CORT (Cortisol)	$\mu$ g/dL	31 ~ 47
DHEA-S	$\mu$ g/dL	440 ~ 670
CK-MB	ng/mL	72 ~ 130
cTnI (Troponin I)	pg/mL	3500 ~ 5300
MYO (Myoglobin)	ng/mL	220 ~ 330

下記QRコード<sup>®</sup> から、左記の参考値情報を装置 (AIA<sup>®</sup> -CL300を除く) に登録することができます。操作方法の詳細は装置の取扱説明書をご参照ください。

QRコード読み取り後、装置に登録された参考値情報が左記の値と一致することを確認してください。

“AIA” 及び “AIA-パックCL” は東ソー株式会社の登録商標です。  
“QRコード” は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



QR1



QR2