

東ソーマルチコントロール レベル2  
AIA-パックCL<sup>®</sup> 試薬 参考値情報

ロット番号 : E540027

使用期限 : 2027-05

(注) 表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法 : AIA-パックCL

測定項目	単位	レベル2 参考値
AFP	ng/mL	68 ~ 100
CEA	ng/mL	14 ~ 22
CA19-9	U/mL	150 ~ 220
CA125	U/mL	58 ~ 87
CA15-3	U/mL	21 ~ 32
PSA	ng/mL	8.9 ~ 13
fPSA (free PSA)	ng/mL	3.6 ~ 5.3
TSH (TSH_IFCC)	μIU/mL	6.1 ~ 9.1
T3	ng/mL	1.3 ~ 1.9
T4	μg/dL	7.5 ~ 11
FT4	ng/dL	1.3 ~ 2.0
FT3	pg/mL	3.4 ~ 5.1
LH	mIU/mL	19 ~ 28
FSH	mIU/mL	12 ~ 18
PRL (Prolactin)	ng/mL	13 ~ 19
PRL2 (Prolactin)	ng/mL	12 ~ 19
HCG	mIU/mL	58 ~ 87
BHCG	mIU/mL	91 ~ 140
E2 (Estradiol)	pg/mL	300 ~ 450
hs-E2 (Estradiol)	pg/mL	240 ~ 360
PROG (Progesterone)	ng/mL	7.9 ~ 12
TES (Testosterone)	ng/dL	520 ~ 780
FER (Ferritin)	ng/mL	220 ~ 330
IgE	IU/mL	240 ~ 360
B2-M	mg/L	0.10 ~ 0.16
IRI (Insulin)	μU/mL	43 ~ 64
hGH	ng/mL	5.6 ~ 8.3
CORT (Cortisol)	μg/dL	16 ~ 24
DHEA-S	μg/dL	170 ~ 250
CK-MB	ng/mL	17 ~ 32
cTnI (Troponin I)	pg/mL	740 ~ 1100
MYO (Myoglobin)	ng/mL	120 ~ 180

下記QRコード<sup>®</sup> から、左記の参考値情報を装置 (AIA<sup>®</sup>-CL300を除く) に登録することができます。操作方法の詳細は装置の取扱説明書をご参照ください。

QRコード読み取り後、装置に登録された参考値情報が左記の値と一致することを確認してください。

“AIA” 及び “AIA-パックCL” は東ソー株式会社の登録商標です。  
“QRコード” は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



QR1



QR2